
取扱説明書

アクトヒブ®（針なしシリンジ）の使用方法


sanofi

デバイス部位名称

■ **シリンジ**




■ **注射針**（本剤には注射針が添付されていません）




準備：接種に使用する注射針（ルアーロックタイプのシリンジに対応）を用意する。
注射針は、ガンマ線等により滅菌されたディスポーザブル品を用い、接種用器具は被接種者ごとに取り換えること。


1 溶剤が充填された添付のシリンジ（以下、シリンジ）のルアーロックアダプター（透明）を指で固定した状態で、シリンジの先端に装着してあるスクリューキャップ（表面：半透明、内部：グレー）を反時計回りにねじって取り外す。




2 シリンジのルアーロックアダプターを指で固定した状態で、注射針をルアーロックアダプターに時計回りにねじ込み装着する。その際、注射針がまっすぐ固定されていることを確認する。




3 バイアルのゴム栓及びその周囲をアルコールで消毒した後、シリンジに取り付けた注射針をバイアルの栓の中央付近に刺し、シリンジに充填された溶剤全量を注入する。




4 注射針をバイアルに刺したまま、シリンジとバイアルをまっすぐの状態に保ちながら、本剤が均一に溶解するまでよく振り混ぜる。



5 完全に溶解した後、注射針の先端がバイアル内に残っていることを確認し、**全量を再度シリンジ内にゆっくりと吸引する。**




6 気泡を上部に集めてから押子をゆっくり押し、シリンジ内部の気泡を抜く。



アクトヒブ®専用 フィンガーグリップのご案内

＊針あり、針なしシリンジ兼用

シリンジに装着するフィンガーグリップをご提供しております。
ご入用の場合は、カスタマー・サポート・センターにご連絡ください。
TEL：0120-852-297 受付時間 8：45～18：00 月～金（祝日・会社休日を除く）



疾患・製品に関するお問い合わせ先

サノフィワクチンコールセンター TEL:0120-870-891
受付時間 9:00～17:00 月～金（祝日・会社休日を除く）

製造販売：**サノフィ株式会社**
〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

2022年8月作成
D0417101