
取扱説明書

sanofi

ベイフォータス®（プレフィルドシリンジ）の使用方法


本剤にはプランジャーロッドが**紫色**のベイフォータス®筋注**50mg**プレフィルドシリンジ（0.5mL）とプランジャーロッドが**薄青色**のベイフォータス®筋注**100mg**プレフィルドシリンジ（1.0mL）があります。外箱及びプレフィルドシリンジのラベルを確認し、必要に応じて50mg又は100mgの正しい製剤を選択してください。

■ルアーロック型シリンジの構成と名称




ステップ 1

片手でルアーロック部を持ち（プランジャーロッドやシリンジ本体を持たないこと）、もう一方の手でシリンジキャップを反時計方向に回して外す。




ステップ 2

ルアーロック型針をプレフィルドシリンジに接続する。軽く抵抗を感じるまで時計方向に静かに回して取り付ける。




ステップ 3

片手でシリンジ本体を持ち、もう一方の手で針カバーを慎重にまっすぐ取り外す。ゴム栓が動くおそれがあるので、針カバーを外すときにプランジャーロッドをつかまないこと。また、針に触れたり、針が物に触れたりしないようにする。針にカバーを再度はめたり、針をシリンジから取り外してはならない。



ステップ 4

プレフィルドシリンジの全量を、筋肉内注射により投与する。通常、大腿前外側部に筋肉内注射すること。臀筋への投与は坐骨神経を損傷するおそれがあるため、避けること。



疾患・製品に関するお問い合わせ先

サノフィワクチンコールセンター　TEL:0120-870-891
受付時間　9:00～17:00 月～金（祝日・会社休日を除く）

製造販売: サノフィ株式会社
〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

プロモーション提携: アストラゼネカ株式会社
大阪市北区大深町3番1号

110043051
BRG54C

D9037501